

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI

NOMOR: 0145/PKTN.4.3/SKV/11/2021

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN MIMIKA

Jl. Poros SP V Timika - Papua

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki	
1	AT kelas M ₁		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom. 5 kg dan 10 kg ▪ Nom. 20 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT F₂ nom. 5 kg s.d 10 kg ▪ AT F₂ nom. 20 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TE kap. 12,2 kg/0,01 g ▪ TE kap. 30 kg/1 g
2	AT kelas M ₂		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom. 1 g s.d 2 kg ▪ Nom. 5 kg dan 10 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT F₂ nom. 1 g s.d 2 kg ▪ AT F₂ nom. 5 kg dan 10 kg; atau ▪ AT M₁ nom. 5 kg s.d 10 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TE kap. 12,2 kg/0,01 g ▪ TE kap. 12,2 kg/0,01 g
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom. 20 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT F₂ nom. 20 kg; atau ▪ AT M₁ nom. 20 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TE kap. 30 kg/1 g
3	Timbangan Elektronik		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TE kap. 30 kg/1 g ▪ TE kap. 15 kg/5 g 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT F₂ nom. 2 mg s.d 20 kg ▪ AT F₂ nom. 2 mg s.d 20 kg 	

Keterangan:

1. Kap. : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom. : Nominal

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 10 November 2021

Direktur Metrologi

Rusmin Amin

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Nominal
1	Anak Timbangan kelas F ₂	2 mg s.d. 1 kg (1 set); 2 mg s.d. 2 kg (1 set); 10 kg dan 20 kg
2	Timbangan Elektronik	12,2 kg/0,01 g (kelas I)
3	Bejana Ukur	20 L/0,5 mL
4	Bejana Ukur	20 L/1 mL
5	Bejana Ukur	10 L/1 mL
6	Bejana Ukur	5 L/1 mL
7	Gelas Ukur	1 L/10 mL
8	Gelas Ukur	100 mL/1 mL
9	Gelas Ukur	50 mL/1 mL
5	Komparator sidang	1000 mm/1 mm
6	Stopwatch	- /0,01 s
7	Tongkat ukur	3000 mm/1 mm
8	Termometer Infrared	-32 °C ~ 380 °C/0,1 °C
9	Thermohygrometer	- /0,1 °C; - /1 %

Direktur Metrologi



Rusmin Amin