

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR 204/PKTN.4/SKV/11/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUWU

Jl. Sawerigading, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki	
1	AT kelas M ₁		
	▪ Nom. 500 g s.d. 2 kg	▪ AT F ₂ nom. 500 g s.d. 2 kg	▪ TE kap. 12200 g / 0,01 g
	▪ Nom. 5 kg s.d. 25 kg (termasuk dacin)	▪ AT F ₂ nom. 5 kg s.d. 20 kg	▪ TE kap. 12200 g / 0,01 g ▪ TE kap. 30 kg / 0,1 g
2	AT kelas M ₂		
	▪ Nom. 200 g s.d. 2 kg	▪ AT F ₂ nom. 200 g s.d. 2 kg ▪ AT M ₁ nom. 200 g s.d. 2 kg	▪ TE kap. 12200 g / 0,01 g
	▪ Nom. 5 kg s.d. 20 kg	▪ AT F ₂ nom. 5 kg s.d. 20 kg ▪ AT M ₁ nom. 5 kg s.d. 20 kg	▪ TE kap. 12200 g / 0,01 g ▪ TE kap. 30 kg / 0,1 g
3	Neraca		
	▪ Kap. 50 g	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 50 g	
	▪ Kap. 1 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 1 kg	
	▪ Kap. 10 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 10 kg	

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
4	Timbangan Elektronik ▪ Kap 12200 g / 0,01 g (sebagai Mass Comparator) ▪ Kap. 30 kg / 0,1 g	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 20 kg

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. Nom : Nominal
3. TE : Timbangan Elektronik
4. AT : Anak Timbangan

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 10 November 2022

Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo

