

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI

NOMOR: 0110/PKTN.4.3/SKV/01/2021

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini
Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

**UNIT METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, UKM PERDAGANGAN
KABUPATEN MAROS**

Jl. Jend. Sudirman Kompleks Kantor Bupati Maros, Pettuadae, Turikale, Kab. Maros,
Sulawesi Selatan 90516, Email : koperasi@maroskab.go.id

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
1	AT kelas M ₁ : ▪ Nom. 20 mg – 20 kg;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT kelas F₂ nom. 20 mg – 2 kg; ▪ AT kelas F₂ nom. 5 kg; 10 kg; dan 20 kg. TE atau <i>mass comparator</i> kap. / resolusi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 220 g / 0,1 mg; ▪ 6,2 kg / 0,01 g; ▪ 32 kg / 0,1 g.
2	AT kelas M ₂ : ▪ Nom. 100 mg – 20 kg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT kelas M₁ nom. 100 mg – 2 kg; ▪ AT kelas M₁ nom. 5 kg; 10 kg; dan 20 kg. TE atau <i>mass comparator</i> kap. / resolusi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 220 g / 0,1 mg; ▪ 6,2 kg / 0,01 g; ▪ 32 kg / 0,1 g.
3	Timbangan Elektronik dan <i>Mass Comparator</i> ▪ Kap. 220 g / Res. 0,1 mg; ▪ Kap. 6,2 kg / Res. 0,01 g; ▪ Kap. 32,2 kg / Res. 0,1 g;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT F₂ 1 mg – 2 kg; ▪ AT F₂ 5 kg; 10 kg; dan 20 kg.
4	Bejana Ukur ▪ Kap. 5 L ▪ Kap. 10 L & 20 L	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT Kelas F₂ nom. 5 kg; ▪ TE Kap. 32 kg / Res. 0,1 g; ▪ Bejana Ukur Kap. 5 L; ▪ Gelas Ukur Kap. 1 L; ▪ Termometer Digital 0,1 °C; ▪ Stopwatch 1/1000 s.
5	Gelas Ukur Kap. 1 L	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TE Kap. 6,2 kg / Res. 0,01 g. ▪ Termometer Digital 0,1 °C; ▪ Stopwatch 1/1000 s.

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal
5. Res. : Resolusi Timbangan Elektronik


Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 8 Januari 2021

Direktur Metrologi

Rusmin Amin



Standar Acuan milik Unit Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Nominal
1	Anak Timbangan kelas F ₂	▪ 1 mg - 2 kg; ▪ 5 kg; 10 kg; 20 kg.
2	Anak Timbangan kelas M ₁	▪ 1 mg - 10 mg
3	Komparator Sidang	1 m / Res. 1 mm
4	Bourje	5 cL - 50 cL
5	Termometer Digital	100 °C / 0,1 °C
6	Thermohyrometer	0,1 °C / 1 %
7	Stopwatch	1/1000 s

Direktur Metrologi



Rusmin Amin