



**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI**

Jl. Pasteur No. 27 Bandung 40171
Telp. (022) 4203597, Fax. (022) 4207035

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI

NOMOR: 137/PKTN.4.3/SKV/09/2021

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

BIDANG KEMETROLOGIAN

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG**

Jl. Bintang No.1 Kabupaten Pinrang 91212

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

| No | Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal | Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki | |
|----|---|--|--|
| 1 | AT kelas M ₁ | | |
| | ▪ Nom. 1 mg s.d 2 kg | ▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d 2 kg | ▪ TE Kap. 220 g / 0,0001 g; dan/atau ▪ TE Kap. 6200 g/0,01 g |
| 2 | AT kelas M ₂ | | |
| | ▪ Nom. 5 kg s.d 20 kg | ▪ AT M ₁ nom. 5 kg s.d 20 kg | ▪ TE Kap. 6200 g/0,01 g; dan/atau ▪ TE Kap. 32200 g/0,1 g |
| 3 | Bejana Ukur Standar | | |
| | ▪ Kap. 5 L | ▪ TE Kap. 32200 g/0,1 g | ▪ Gelas Ukur Kap. 1 L/10 mL ▪ Termometer Digital Kap. (1 – 100 °)C ▪ Stopwatch Kap. - /0,001 s |
| | ▪ Kap. 10 L | ▪ TE Kap. 32200 g/0,1 g; atau ▪ Bejana Ukur Kap. 5 L | ▪ Gelas Ukur Kap. 1 L/10 mL ▪ Termometer Digital Kap. (1 – 100 °)C ▪ Stopwatch Kap. - /0,001 s |
| | ▪ Kap. 20 L | ▪ TE Kap. 32200 g/0,1 g; atau ▪ Bejana Ukur Kap. 5 L; atau ▪ Bejana Ukur Kap. 10 L | ▪ Gelas Ukur Kap. 1 L/10 mL ▪ Termometer Digital Kap. (1 – 100 °)C ▪ Stopwatch Kap. - /0,001 s |

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 13 September 2021

Direktur Metrologi

TTD

Rusmin Amin

Standar Acuan milik Bidang Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasi ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

| No. | Standar Acuan | Kapasitas/Daya Baca |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Anak Timbangan kelas F ₂ | Nom. 1 mg – 2 kg |
| 2 | Anak Timbangan kelas M ₁ | Nom. 5 kg – 20 kg |
| 3 | Timbangan Elektronik | 220 g / 0,0001 g |
| 4 | Timbangan Elektronik | 6200 g/0,01 g |
| 5 | Timbangan Elektronik | 32200 g/0,1 g |
| 6 | Komparator | 1000 mm/1 mm |
| 7 | Jangka Sorong | 300 mm/0,01 mm |
| 8 | Bourje | 186 mm/1 mm |
| 9 | <i>Stopwatch</i> | -/0,001 s |
| 10 | <i>Thermometer</i> | 0 – 100 °C / 0.1 °C |
| 11 | <i>Thermohygrometer</i> | -/- |

Direktur Metrologi

TTD

Rusmin Amin