



**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI**

Jl. Pasteur No. 27 Bandung 40171
Telp. (022) 4203597, Fax. (022) 4207035

SKV - 0054

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR: 0054/PKTN.4.3/SKV/05/2020

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

**BIDANG METROLOGI LEGAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE**
Jl. Jenderal Sudirman No.6 Kota Parepare

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
1	AT kelas M ₁	
	▪ Nom. 1 g s.d 1 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d 1 kg ▪ TE kap. 1020 g/0,001 g
	▪ Nom. 2 kg s.d 25 kg	▪ AT F ₂ nom. 2 kg s.d 20 kg ▪ TE kap. 12200 g/0,01 g; dan/atau ▪ TE kap. 64100 g/0,1 g
2	AT kelas M ₂	
	▪ Nom. 1 g s.d 1 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d 1 kg; atau ▪ AT M ₁ nom. 1 mg s.d 1 kg ▪ TE kap. 1020 g/0,001 g
	▪ Nom. 2 kg s.d 20 kg	▪ AT F ₁ nom. 2 kg s.d 20 kg; atau ▪ AT M ₁ nom. 2 kg s.d 20 kg ▪ TE kap. 12200 g/0,01 g; dan/atau ▪ TE kap. 64100 g/0,1 g
3	Bejana Ukur Standar	
	▪ Kap. 5 L	▪ TE kap. 12200 g/0,01 g
	▪ Kap. 10 L dan 20 L	▪ TE kap. 12200 g/0,01 g; atau ▪ Bejana Ukur kap. 5 L
4	Gelas Ukur	
	▪ Kap. 1000 mL	▪ TE kap. 12200 g/0,01 g

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 20 Mei 2020
Direktur Metrologi

TTD

Rusmin Amin

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
Nomor 0054/PKTN.4.3/SKV/05/2020

Standar Acuan milik Bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Parepare, sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas F ₂	1 mg s.d 1 kg
2	Anak Timbangan Kelas F ₂	2 kg s.d 20 kg
3	Timbangan Elektronik	1020 g/0,001 g
4	Timbangan Elektronik	12200 g/0,01
5	Timbangan Elektronik	64100 g/0,1 g
6	Komparator Sidang	1000 mm/1 mm
7	Jangka Sorong	300 mm/1 mm
8	<i>Stopwatch</i>	-
9	Termometer Gelas	-
10	Termometer Digital	-
11	<i>Thermohygrometer</i>	-

a.n Direktur Metrologi,
Kepala Sub Direktorat
UTTP dan Standar Ukuran

TTD

Denny Tresna Seswara, S.T, M.T.
NIP. 19740129 200502 1 001