

20
24



*Kegiatan Fasilitasi Tera
/ Tera Ulang UTTP di
Kabupaten Luwu*

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR MR.06.01/0082/PKTN.4.4/ST/06/2024

- Kepada : Kepala BSML Regional IV
- Dari : 1. *Nurul Yahady Tahir Mide*
- Hal : Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Fasilitas Tera / Tera Ulang UTTP di Kabupaten Luwu
- Lampiran : Surat Tugas / Dokumen / Foto Kegiatan
- Tanggal : 19 – 23 Juni 2024
- Menimbang : bahwa perlunya melaksanakan fasilitas tera/ tera ulang UTTP di Kabupaten Luwu;
- Dasar : 1. Permendag Nomor 09 tahun 2020 tentang Fasilitas Kegiatan Metrologi Legal;
2. Surat Tugas Nomor MR.06.01/0082/PKTN.4.4/ST/06/2024.
- Isi Laporan : 1. Datang ke lokasi terpasangnya UTTP di PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Palopo, Jalan Pantai, Desa Karangkarangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Kegiatan fasilitas tera/tera ulang di Kabupaten Luwu sebagai berikut antara lain:

No	Jenis UTTP	Kapasitas	Merek; Tipe; No. Seri
1.	Meter Arus BBM (1/Pertalite)	1300 l/min	Isoil Impianti; BM 200; 2-1761 (<i>Badan Ukur</i>) Isoil Impianti; VEGA II 4295-0100; VE-5090 (<i>Badan Hitung</i>)
2.	Meter Arus BBM (2/Pertalite)	1150 l/min	Avery Hardoll; BM 250; XX80390 (<i>Badan Ukur</i>) / Avery Hardoll; ML2Y25311T0R000K; XX80390 (<i>Badan Hitung</i>)
3.	Meter Arus BBM (4/Solar)	1150 l/min	Avery Hardoll; BM 250; XX60253 (<i>Badan Ukur</i>) / Avery Hardoll; ML2Y25211T0R000K; XX70557 (<i>Badan Hitung</i>)
4.	Meter Arus BBM (6/Solar)	1150 l/min	Avery Hardoll; BM 250; XX70556 (<i>Badan Ukur</i>) / Avery Hardoll; ML2Y25211T0R000K; XX60253 (<i>Badan Hitung</i>)

5.	Meter Arus BBM (3/Pertalite)	1300 l/min	SATAM; ZC17 80/80; 22006 CD (<i>Badan Ukur</i>) SATAM; EQUALIS S CM/HM; 22010 TN (<i>Badan Hitung</i>)
6.	Meter Arus BBM (5/Pertalite)	1300 l/min	SATAM; ZC17 80/80; 22007 CD (<i>Badan Ukur</i>) SATAM; EQUALIS S CM/HM; 22009 TN (<i>Badan Hitung</i>)
7.	Meter Arus BBM (8/Pertalite)	1300 l/min	SATAM; ZC17 80/80; 22005 CD (<i>Badan Ukur</i>) SATAM; EQUALIS S CM/HM; 22011 TN (<i>Badan Hitung</i>)

3. Dari kegiatan pelaksanaan Tera/Tera ulang di Kabupaten Luwu, disimpulkan alat UTTP dinyatakan **SAH** berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal dan telah dilakukan pembubuhan tanda tera "**SAH**" sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 25 Juni 2024

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. Nurul Yahady Tahir Mide

()

Dokumentasi

