

20
24



Laporan Kegiatan Pengawasan
Alat Ukur Takar Timbang dan
perlengkapan (UTTP) dan
Satuan Ukuran (SU) di wilayah
Kabupaten Pinrang, Sulawesi
Selatan

Tahun 2024




LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR MR.06.00/0081/PKTN.4.4/ST/06/ 2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Monika Morin
2. Sitti Khadijah
3. Resky
- Hal : Laporan Kegiatan Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapan (UTTP) dan Satuan Ukuran (SU) di wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
- Lampiran : Dokumentasi /ST/Berita Acara
- Tanggal : 19 – 22 Juni 2024
- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengawasan Kemetrollogian terhadap UTTP sebagaimana Tugas dan Fungsi BSML Regional IV
- Dasar : 1. Surat Tugas Nomor MR.06.00/0081/PKTN.4.4/ST/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal melaksanakan pengawasan Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Satuan Ukuran (SU) di Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
- Isi Laporan : 1. Pelaksana Tugas Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV melaksanakan Perjalanan Darat Tanggal 19 Juni 2024;
2. Pada Tanggal 20 Juni 2024 Pelaksana Tugas Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV melaksanakan koordinasi di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Pinrang sebelum menuju Pasar Bungji;
3. Pelaksana Tugas Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV melakukan penyisiran terhadap UTTP di Pasar Bungji, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan hasil sebagaimana terlampir;

4. Pada Tanggal 21 Juni 2024 Pelaksana Tugas Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV melaksanakan pengawasan UTTP di SPBU 74.9212.57 di Jalan Poros Pinrang - Parepare dengan di damping oleh Pengawas dan Penera dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Pinrang. Hasil pengawasan sebagaimana terlampir;
5. Pada Tanggal 22 Juni 2024 Pelaksana Tugas Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV melakukan perjalanan Kembali Ke Kantor.


Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 26 Juni 2024
Yang Melakukan Perjalan Dinas,


1. Monika Morin ()
2. Sitti Khadijah ()
3. Resky ()




Jl. Jend. Sukawati No.40, Jalan Jendral Sukawati
Sulawesi Selatan
Kecamatan Watang Sawitto, Sulawesi Selatan,
Indonesia
Lat -3.8088213
Lng 119.6508296
20 Juni 2024 08:28 WITA (GMT 8)




CGQP+83P, Sulawesi Selatan
Kecamatan Duampanua, Sulawesi Selatan, Indonesia
Lat -3.5616762
Lng 119.5352801
20 Juni 2024 09:59 WITA (GMT 8)



5JCX+PQM, Sulawesi Selatan
Kecamatan Watang Sawitto, Sulawesi Selatan,
Indonesia
Lat -3.8282421
Lng 119.6493813
21 Juni 2024 10:42 WITA (GMT 8)



5JCX+PQM, Sulawesi Selatan
Kecamatan Watang Sawitto, Sulawesi Selatan,
Indonesia
Lat -3.8278775
Lng 119.6491099
21 Juni 2024 11:22 WITA (GMT 8)





SURAT TUGAS

NOMOR MR.06.00/81/PKTN.4.4/ST/06/2024

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapan (UTTP) dan Satuan Ukuran (SU) di wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kami menugasi:

1. Nama / NIP : Monika Morin / 199605052020122028
Pangkat / Gol : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama
(Fungsional Tertentu)
2. Nama / NIP : Sitti Khadijah / 1991112720152001
Pangkat / Gol : PTT / Non PNS
Jabatan : Pramubakti (Honoror)
3. Nama / NIP : Reskiyadi / 7306060809980004
Pangkat / Gol : PTT / Non PNS
Jabatan : Pengemudi

di Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan selama 4 hari, mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Peningkatan Tertib Ukur (Melakukan Pengawasan UTTP: 090.09.EF.3726.QIA.021.052.A.524111) dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapan (UTTP) dan Satuan Ukuran (SU) di wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Gowa
pada tanggal, 14 Juni 2024

Kepala Balai Standardisasi Metrologi
Legal Regional IV



Oki Sri Swastini

NIP:197506251994032001

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN UTTP
DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

I. Dasar

Surat Tugas Nomor: MR.06.00/81/PKTN.4.4/ST/06/2024 Tanggal 14 Juni 2024 perihal Melaksanakan Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Satuan Ukuran (SU) di Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

II. Petugas Yang Melakukan Pengawasan

| | | | |
|---|--------------|---|------------------------------------|
| 1 | Nama | : | Monika Morin |
| | NIP. | : | 199605052020122028 |
| | Pangkat/Gol. | : | Penata Muda, III/a |
| | Jabatan | : | Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama |
| 2 | Nama | : | Sitti Khadijah |
| | NIP. | : | 1991112720152001 |
| | Pangkat/Gol. | : | PPT/ Non PNS |
| | Jabatan | : | Prabmubakti (Honoror) |

III. Obyek Pengawasan

1. UTTP PU BBM di SPBU 74.912.19 milik PT. Matahari Sinar Timur
2. UTTP di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang

IV. Pelaksanaan Pengawasan

Tempat dan Tanggal Pengawasan

Tempat : Wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Tanggal : 19 s.d 22 Juni 2024

V. Hasil Pengawasan

Berdasarkan Cerapan dan Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana terlampir, dilaporkan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan di SPBU No. 74.912.19

Pada SPBU No.74.912.19 milik PT Matahari Sinar Timur, 28 Nozzle, dilakukan Pengawasan dengan memeriksa tanda tera pada dispenser dan pengujian kebenaran pengukuran menggunakan Bejana 20 L dengan koreksi Bejana -2 ml. Berikut di bawah ini Tabel Hasil Pengawasan SPBU No 74.912.19

Tabel Hasil Pengawasan SPBU 74.912.19

| No | Merek/Type/No. Seri | Media | Tanda Tera | Hasil Pengujian | Rata-Rata Kesalahan Penunjukan |
|----|------------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | TATSUNO/ AA271633/ SSB4882 | Pertalite (Nozzle 4) | Sah berlaku 2024 | -38 -17 -12 | 0,11 % |
| 2 | | Pertamax (Nozzle 6) | Sah berlaku 2024 | 0 -3 -4 | 0,01 % |
| 3 | | Pertalite (Nozzle 2,3,5) | Sah berlaku 2024 | - | - |
| 4 | TATSUNO/ AA299992/ SSB4884 | Pertalite (Nozzle 9) | Sah berlaku 2024 | -30 -27 -25 | 0,14 % |
| 5 | | Pertamax (Nozzle 14) | Sah berlaku 2024 | -18 -27 -19 | 0,11 % |
| 6 | | Pertalite (Nozzle 8,12,13) Pertamax (Nozzle 7) Pertamax Turbo (10,11) | Sah berlaku 2024 | - | - |
| 7 | TATSUNO/ AA300012 SSB4884 | Solar (Nozzle 18) | Sah berlaku 2024 | -40 -35 -35 | 0,18 % |
| 8 | | Pertamax (Nozzle15) | Sah berlaku 2024 | -33 -22 -23 | 0,13 % |
| 9 | | Pertalite (Nozzle 16,17,20,21) Solar (Nozzle 19) Pertamax (Nozzle 22) | Sah berlaku 2024 | - | - |
| 10 | TATSUNO/ AA168263/ P-GSB3621 | Dexlite (Nozzle 24) | Sah berlaku 2024 | -25 -28 -34 | 0,15 % |
| 11 | | Pertamina Dex (Nozzle 23) | Sah berlaku 2024 | -42 -33 -27 | 0,17 % |
| 12 | | Dexlite (Nozzle 27) Pertamina Dex (Nozzle 28) Solar Nozzle (25,26) | Sah berlaku 2024 | - | - |

Berdasarkan Hasil pengamatan dan pengujian pada 28 Nozzle, didapatkan tanda tera sah berlaku tahun 2024 dan hasil pengujian masih dalam rentang BKD.

2. Pengawasan di Pasar Bungi

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian pada UTTP yang berada di Pasar Bungi, jumlah UTTP yang diawasi yaitu 138 UTTP dengan Jumlah UTTP yang memenuhi ketentuan sebanyak 131 Unit UTTP dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 7 Unit UTTP.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil pengawasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada SPBU 74.912.19 memiliki 28 Nozzle Pompa Ukur Ukur BBM, dari hasil pengamatan dan pengujian diperoleh rata-rata kesalahan pada 8 Nozzle yang dilakukan pengujian masih dalam rentang BKD dan bertanda tera sah berlaku Tahun 2024;
2. Jumlah UTTP yang diawasi di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang sebanyak 138 Unit UTTP dengan UTTP yang memenuhi ketentuan sebanyak 131 Unit UTTP dan UTTP yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 7 Unit UTTP.

Gowa, 26 Juni 2024

Petugas Yang Melakukan Pengawasan,



Sitti Khadijah

NIP.1991112720152001



Monika Morin, S.H.

NIP. 199605052020122028

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAWASAN SPBU 74.912.19 SAWITTO DAN PASAR BUNGI





BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

Nomor: MR.06.00/ 813/PKTN.4.4/BAHP/06/2024

Pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, Pukul 09:45 WITA. Saya : ---- (Monika Morin) -----
NIP.199605052020122028 Pangkat Penata Muda, Jabatan selaku Pengawas
Kemetrologian Ahli Pertama dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : ---

1. Nama : Siti Khadijah
NIP : 1991112720152001
Pangkat/Gol/Ruang : PTT / non PNS
Jabatan : Pramubakti (staf Pelaksana)
Unit/Instansi : BSML Regional IV
2. Nama : -
NIP : -
Pangkat/Gol/Ruang : -
Jabatan : -
Unit/Instansi : -

Berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Tugas Nomor MR.06.00/81/PKTN.4.4/ST/06/2024
tanggal 14 Juni 2024
2. -----

Telah melakukan Pengawasan terhadap: UTTP PUBBM di SPBU No. 74.912.19

Dari -----

- Nama : Bram
Tempat/Tgl.Lahir : Bojo, 17 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Poror Pinrang - Pare

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : SYAMUDDIN, A
- Alamat : JL. ANABAI JOMBANG PINRANG.
- Jabatan : ANAKA
2. Nama : Baharuddin
- Alamat : Leppang.
- Jabatan : Pengawas SPBU 74.912.19

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.-----

Adapun hasil pelaksanaan pengawasan dimaksud sebagaimana cerapan terlampir. -

Apabila ditemukan kegiatan penyuaipan dan/atau gratifikasi dalam kegiatan ini, baik yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ataupun pihak terkait dapat dilaporkan ke email pengaduan@kemendag.go.id atau melalui link : <http://itjen.kemendag.go.id/modules/pelaporan/wbs>

Demikianlah Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.

Pinrang, 21 Juni 2024

Pelaku Usaha,

JL. POROS PAREPARE PINRANG
KAB. PINRANG
BRAM

Petugas,

Monika Morin

NIP. 199605052020122028

Saksi-saksi:

1.
Syamuddin Si

2.
Baharuddin

CERAPAN PENGAWASAN POMPA UKUR BBM

1. Pemilik : Pt. Matahari Sinar Timur
 2. No. SPBU : 79.912.19
 3. Alamat : Jl. POROS PINRANG - PARE, Kel. Bentengge, kec. Watung Sawitto, Pinrang

I. DATA TEKNIS POMPA UKUR BBM

1. Merek : TATSUNO
 2. Tipe / No. Seri : AA300012 2020-5 / SSB4884
 3. Qmax : SSB4884 65 / G L / MIN
 4. Media : 1. SOLAR (18) (NOZZLE 19) / PERTALITE 16,17
 2. PERTAMAX (15) (NOZZLE 22) / PERTALITE 20,21
 5. Lambang Satuan : SI Non SI
 6. Gelas Penglihat : Penuh Kosong
 7. Nozle : Baik Rusak
 8. Penunjukan harga : Betul Salah
 9. Penunjukan liter : Betul Salah
 10. Totalisator : Baik Rusak
 11. Alat tambahan : Ada Tidak ada

II. PEMERIKSAAN

1. Tanda Tera : Berlaku Tidak Berlaku
 Baik Rusak
 2. Ket. Hasil Pengujian : Ada Tidak ada
 3. Sertifikasi Pasti Pas : Sudah Belum
 4. Pengecekan oleh SPBU : Dilakukan Tidak Dilakukan
 5. Ditera/tera ulang terakhir : 2024
 7. Tanda Tera dan sistem penyegelan :
Tanda Tera dan sistem penyegelan baik

III. TINDAKAN HASIL PENGAWASAN

1. Penutupan sementara : Dilakukan Tidak dilakukan
 2. Alasan penutupan :
 Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana terlampir

.....

IV. PENGUJIAN

1. Totalisator :

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| Penunjukan | Nozle 1 (L) | Nozle 2 (L) |
| Awal | 1156513 | 0075306 |
| Akhir | 1156573 | 0075306 |

Bejana Ukur Standar :

Merek : MPR
 No. Seri : AD 2019/0-112.19
 Koreksi V₂₈ : 19.9998 mL
 No. Sert. : 510.3/03/SKV/UML/PR1/x/2019

2. Hasil Pengujian (Kecepatan alir diambil satu kali, disesuaikan dengan cepat alir Operasional)

| Penghitung | Penunjukan (mL) | | Kesalahan Penunjukan | | | | | | Ketidaktetapan (%) (selisih terbesar antara dua pengujian yang berurutan) | | | |
|------------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------------|---------|--|---------|---------|------|
| | Takaran (S) | | Nozle 1 (M-S ₁) | Nozle 2 (M-S ₂) | $\frac{M - S}{S} \times 100 \%$ | | Rata-rata (%) | | Nozle 1 | Nozle 2 | | |
| | (M) | Nozle 1 | | | Nozle 2 | Nozle 1 | Nozle 2 | Nozle 1 | | | Nozle 2 | |
| 1 -40 | 2 -33 | 20000 | 19959,8 | 19966,8 | 40,2 | 33,2 | 0,20 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,03 | 0,06 |
| 1 -35 | 2 -22 | 20000 | 19964,8 | 19977,8 | 35,2 | 22,2 | 0,18 | 0,11 | | | | |
| 1 -35 | 2 -23 | 20000 | 19964,8 | 19976,8 | 35,2 | 29,2 | 0,18 | 0,12 | | | | |

Jumlah cairan uji yang dikeluarkan berdasarkan :

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Penunjukan | Nozle 1 (mL) | Nozle 2 (mL) |
| Totalisator | 60000 | 60000 |
| Penakaran | 59089,4 | 59921,4 |

V. KESIMPULAN

Dari Hasil Pengamatan dan pengujian pada nozzle 19 dan nozzle 22, diperoleh :

1. Tanda Tera Tahun 2024
2. Rata-rata kesalahan penunjukan nozzle 19 yaitu 0,18% dan nozzle 22 yaitu 0,13%.
3. Ketidaktetapan pada nozzle 19 yaitu 0,03% dan nozzle 22 yaitu 0,06%.
4. Hasil pengujian tidak melewati BKD, maka memenuhi ketentuan.

Catatan :

1. Toleransi Kesalahan penunjukan : ± 0,5 %
2. Toleransi Ketidaktetapan : ± 0,1 %

Pinrang, 21 Juni 2024

Pemilik/Pengelola SPBU



Petugas,

Merika Morin

Saksi-saksi :

1. Samsuddin
 2. Banaruddin

CERAPAN PENGAWASAN POMPA UKUR BBM

1. Pemilik : PT. Matahari Sinar Timur
 2. No. SPBU : 79.912.19
 3. Alamat : Jl. Pors Pinrang - Pare, kel. Bentengnge, kec. Watang Sawitto, Pinrang

I. DATA TEKNIS POMPA UKUR BBM

1. Merek : TATSUNO
 2. Tipe / No. Seri : AA299992 2020-5 / 55B4884
 3. Qmax : 65 / 6 L/min
 4. Media : 1. PERTALITE (NOZZLE 9) (PERTALITE NOZZLE 8,12,13)
2. PERTAMAX NOZZLE K (PERTAMAX 7, 10, 11)
 5. Lambang Satuan : SI Non SI
 6. Gelas Penglihat : Penuh Kosong
 7. Nozle : Baik Rusak
 8. Penunjukan harga : Betul Salah
 9. Penunjukan liter : Betul Salah
 10. Totalisator : Baik Rusak
 11. Alat tambahan : Ada Tidak ada

II. PEMERIKSAAN

1. Tanda Tera : Berlaku Tidak Berlaku
 Baik Rusak
 2. Ket. Hasil Pengujian : Ada Tidak ada
 3. Sertifikasi Pasti Pas : Sudah Belum
 4. Pengecekan oleh SPBU : Dilakukan Tidak Dilakukan
 5. Ditera/tera ulang terakhir : 2024 INISIAL HD
 7. Tanda Tera dan sistem penyegelan : Tanda Tera dan sistem penyegelan baik.

III. TINDAKAN HASIL PENGAWASAN

1. Penutupan sementara : Dilakukan Tidak dilakukan
 2. Alasan penutupan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana terlampir

.....

IV. PENGUJIAN

1. Totalisator :

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| Penunjukan | Nozle 1 (L) | Nozle 2 (L) |
| Awal | 1555219 | 0122038 |
| Akhir | 1555279 | 0122096 |

Bejana Ukur Standar :

Merek : MDR
 No. Seri : AD 2019 / 0-112.19
 Koreksi V₂₈ : 19.9998 mL
 No. Sert. : 510.3/03/5kv/UML PRL/IX/2021

2. Hasil Pengujian (Kecepatan alir diambil satu kali, disesuaikan dengan cepat alir Operasional)

| Penghitung | Penunjukan (mL) | | Kesalahan Penunjukan | | | | Ketidaktetapan (%) (selisih terbesar antara dua pengujian yang berurutan) | | | |
|------------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|--|---------|---------|------|
| | Takaran (S) | | Nozle 1 (M-S ₁) | Nozle 2 (M-S ₂) | $\frac{M - S}{S} \times 100 \%$ | | Rata-rata (%) | | | |
| | (M) | Nozle 1 | | | Nozle 2 | Nozle 1 | Nozle 2 | Nozle 1 | Nozle 2 | |
| 20000 | 19969,8 | 19981,8 | 30,2 | 18,2 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,02 | 0,05 |
| 20000 | 19972,8 | 19972,8 | 27,2 | 27,2 | 0,14 | 0,14 | | | | |
| 20000 | 19974,8 | 19980,8 | 25,2 | 19,2 | 0,13 | 0,10 | | | | |

Jumlah cairan uji yang dikeluarkan berdasarkan :

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Penunjukan | Nozle 1 (mL) | Nozle 2 (mL) |
| Totalisator | 60000 | 60000 |
| Penakaran | 59977,4 | 59935,4 |

V. KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan dan pengujian pada nozzle 9 dan nozzle 14 diperoleh :

1. Tanda Tera Tahun 2024
2. rata-rata kesalahan penunjukan nozzle 9 yaitu 0,14% dan nozzle 14 yaitu 0,11%
3. ketidaktetapan pada nozzle 9 yaitu 0,02% dan nozzle 14 yaitu 0,05%
4. hasil pengujian tidak melewati BKO, maka memenuhi ketentuan

Catatan :

1. Toleransi Kesalahan penunjukan : ± 0,5 %
2. Toleransi Ketidaktetapan : ± 0,1 %

Pinrang, 21 Juni 2024

Pemilik/Pengelola SPBU



Petugas,

[Signature]

1. Murnika Morien

2.

3.

Saksi-saksi :

1. *[Signature]*
Samsuddin

2. *[Signature]*
Baharuddin



CERAPAN PENGAWASAN POMPA UKUR BBM

1. Pemilik : PT. Malahawi Sinar Timur .
 2. No. SPBU : 74.912.1g .
 3. Alamat : Jl. Poros Pinrang - Pare, kec. Bentengngku, kec. Watang Sawiro, Pinrang.

I. DATA TEKNIS POMPA UKUR BBM

1. Merek : TATSUNO
 2. Tipe / No. Seri : AA.271633 2017-11 /SSB4882
 3. Qmax : 65/6 L/min
 4. Media : 1. PERTALITE 4 | Pertalite 5 | ~~Pertamax 6~~
 : 2. PERTAMAX 6 | PERTAMAX 1 | PERTALITE 2 3)
 5. Lambang Satuan : SI Non SI
 6. Gelas Penglihat : Penuh Kosong
 7. Nozle : Baik Rusak
 8. Penunjukan harga : Betul Salah
 9. Penunjukan liter : Betul Salah
 10. Totalisator : Baik Rusak
 11. Alat tambahan : Ada Tidak ada

II. PEMERIKSAAN

1. Tanda Tera : Berlaku Tidak Berlaku
 : Baik Rusak
 2. Ket. Hasil Pengujian : Ada Tidak ada
 3. Sertifikasi Pasti Pas : Sudah Belum
 4. Pengecekan oleh SPBU : Dilakukan Tidak Dilakukan
 5. Ditera/tera ulang terakhir : 2024 instal 65(g.s.)
 7. Tanda Tera dan sistem penyegelan :
 tanda tera dan sistem penyegelan baik

III. TINDAKAN HASIL PENGAWASAN

1. Penutupan sementara : Dilakukan Tidak dilakukan
 2. Alasan penutupan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana terlampir

.....

IV. PENGUJIAN

1. Totalisator :

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| Penunjukan | Nozle 1 (L) | Nozle 2 (L) |
| Awal | 1262629 | 0111424 |
| Akhir | 1262689 | 0111484 |

Bejana Ukur Standar :

Merek : MDR
 No. Seri : AD2019.6-112.19
 Koreksi v_{20} : 19999.8 mL
 No. Sert. : 510.3/03/SEK/OMLP/17/1/2023

2. Hasil Pengujian (Kecepatan alir diambil satu kali, disesuaikan dengan cepat alir Operasional)

| Penghitung | Penunjukan (mL) | | Kesalahan Penunjukan | | | | Ketidaktetapan (%) (selisih terbesar antara dua pengujian yang berurutan) | | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---|---------|---------|------|------|
| | Takaran (S) | | Nozle 1 (M-S ₁) | Nozle 2 (M-S ₂) | $\frac{M - S}{S} \times 100 \%$ | | Rata-rata (%) | | | | |
| | (M) | Nozle 1 | | | Nozle 2 | Nozle 1 | Nozle 2 | Nozle 1 | Nozle 2 | | |
| (1) -38 (2) 0 | 20000 | 19961,0 | 19999,8 | 38,2 | 0,2 | 0,19 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,02 |
| -17 | 20000 | 19982,8 | 19996,8 | 17,2 | 3,2 | 0,09 | 0,02 | | | | |
| -12 | 20000 | 19987,8 | 19995,8 | 12,2 | 4,2 | 0,06 | 0,02 | | | | |

Jumlah cairan uji yang dikeluarkan berdasarkan :

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Penunjukan | Nozle 1 (mL) | Nozle 2 (mL) |
| Totalisator | 60000 | 60000 |
| Penakaran | 59932,4 | 59921,4 |

V. KESIMPULAN

Dari hasil Pengamatan dan pengujian pada nozzle 4 dan nozzle 6, diperoleh:

1. Tanda Rata Rata tahun 2024
2. rata-rata kesalahan penunjukan pada nozzle 4 yaitu 0,11% dan nozzle 6 yaitu 0,01%
3. Ketidaktetapan pada nozzle 4 yaitu 0,11% dan nozzle 6 yaitu 0,02%
4. Hasil pengujian masih dalam rentang Bkd. Maka memenuhi ketentuan.

Catatan :

1. Toleransi Kesalahan penunjukan : ± 0,5 %
2. Toleransi Ketidaktetapan : ± 0,1 %

Pinrang 21 Juni 2024

Pemilik/Pengelola SPBU



Petugas,

[Signature]

1. Monika Marin

2.

3.

Saksi-saksi :

1. *[Signature]*
Samsuddin

2. *[Signature]*
Baharuddin

IV. PENGUJIAN

1. Totalisator :

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| Penunjukan | Nozle 1 (L) | Nozle 2 (L) |
| Awal | 2602349 | 0496702 |
| Akhir | 2602409 | 0496762 |

Bejana Ukur Standar :

Merek : MDR
 No. Seri : AV 2019/0-112.19
 Koreksi^{V28} : 19.9998 mL
 No. Sert. : 510.3/03/SIW/UM LPR1/X1/2023

2. Hasil Pengujian (Kecepatan alir diambil satu kali, disesuaikan dengan cepat alir Operasional)

| Penghitung | Penunjukan (mL) | | Kesalahan Penunjukan | | | | Ketidaktetapan (%) (selisih terbesar antara dua pengujian yang berurutan) | | | | |
|---|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---|---------|---------|------|------|
| | Takaran (S) | | Nozle 1 (M-S ₁) | Nozle 2 (M-S ₂) | $\frac{M - S}{S} \times 100 \%$ | | Rata-rata (%) | | | | |
| | (M) | Nozle 1 | | | Nozle 2 | Nozle 1 | Nozle 2 | Nozle 1 | Nozle 2 | | |
| (1) -25 (2) -42 -28 -33 -31 -27. | 20000 | 19974,8 | 19957,8 | 25,2 | 42,2 | 0,13 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,03 | 0,05 |
| | 20000 | 19971,8 | 19966,8 | 28,2 | 33,2 | 0,14 | 0,17 | | | | |
| | 20000 | 19965,8 | 19972,8 | 34,2 | 27,2 | 0,17 | 0,14 | | | | |

Jumlah cairan uji yang dikeluarkan berdasarkan :

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Penunjukan | Nozle 1 (mL) | Nozle 2 (mL) |
| Totalisator | 60000 | 60000 |
| Penakaran | 59912,4 | 59097,4 |

V. KESIMPULAN

- Dari hasil pengamatan dan pengujian pada nozzle 24 dan nozzle 23 diperoleh:
1. Tanda tara tahun 2024
 2. Rata-rata kesalahan penunjukan pada nozzle 24 yaitu 0,15% dan nozzle 23 yaitu 0,17%
 3. Ketidaktetapan pada nozzle 24 yaitu 0,03% dan nozzle 23 yaitu 0,05%
 4. Hasil pengujian masih dalam rentang BEO maka UTP memenuhi ketentuan.

Catatan :

1. Toleransi Kesalahan penunjukan : ± 0,5 %
2. Toleransi Ketidaktetapan : ± 0,1 %

Pinrang, 21 Juni 2024



Petugas,

[Signature]

1. Monika Moron

2.

3.

Saksi-saksi :

1. *[Signature]*
Samsuddin

2. *[Signature]*
Baharuddin.

BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

Nomor: MR.06.00/81-1/PKTN.4.4/BAHP/06/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, Pukul 09.00 WITA. Saya : ---- (Monika Morin) ----
NIP.199605052020122028 Pangkat Penata Muda, Jabatan selaku Pengawas
Kemetrologian Ahli Pertama dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : ----

1. Nama : Sitti Khadijah
NIP : 1991112720152001
Pangkat/Gol/Ruang : PTT / non PNS
Jabatan : Pramubakti (Staf Pelaksana)
Unit/Instansi : Bsml. Regional II
2. Nama : ---
NIP : ---
Pangkat/Gol/Ruang : ---
Jabatan : ---
Unit/Instansi : ---

Berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Tugas Nomor MR 06.00 / 81 / PKTN 4.4 / ST / 06 / 2024
tanggal 14 Juni 2024
2. -----

Telah melakukan Pengawasan terhadap: UPTP di pasar Bungsi Kab. Pinrang

Dari -----

- Nama : AHMAD
Tempat/Tgl.Lahir : PINDANG, 15 NOPEMBER 1970
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS
Alamat/Tempat tinggal : PASIR BUNSI

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : Eka Raharjo, SH
Alamat : Jalan Bintang no 1 Pinrang
Jabatan : Kepala UPTD pasar wilayah I
2. Nama : Sudirya
Alamat : Jl. LAMINI No 11
Jabatan : P.PNS

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.-----

Adapun hasil pelaksanaan pengawasan dimaksud sebagaimana cerapan terlampir. -

Apabila ditemukan kegiatan penyuaipan dan/atau gratifikasi dalam kegiatan ini, baik yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ataupun pihak terkait dapat dilaporkan ke email pengaduan@kemendag.go.id atau melalui link : <http://itjen.kemendag.go.id/modules/pelaporan/wbs>

Demikianlah Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.

Pinrang, 20 Juni 2024



Petugas,



Monika Morin

NIP. 199605052020122028

Saksi-saksi:

1. Eka Raharjo

2. Sudirya

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : Pasar Bungi
2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : Murni
3. Alamat : Kabupaten Pinrang

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : Timbangan Pegas
2. Merk : NONHOA
3. Tipe/No Seri :
4. Kapasitas : 20 kg
5. Lambang Satuan : kg

II. Objek Pengawasan


1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
- Peruntukan UTTP : sesuai/~~tidak sesuai~~
- Cara Penggunaan UTTP : sesuai/~~tidak sesuai~~
2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
- Kebenaran Penunjukan : sesuai/~~tidak sesuai~~
- Kebenaran Hasil Pengukuran : sesuai/~~tidak sesuai~~
- Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|---------|------------|
| 1. | 8kg | 8 kg |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |


3. Tanda Tera*)
- Ada / ~~Tidak ada~~ :
- Sah / ~~Batal~~ :
- Baik / ~~Rusak~~ :
- Berlaku / ~~tidak Berlaku~~ :
- Tanda Tera Tahun : 2024

III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP


Murni

Petugas


Monika Morin

NIP. 1999605052020122028

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : *Pasar Bunsu*
2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : *Rasma*
3. Alamat : *Kab. Purworejo*

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : *TP*
2. Merk : *NON HOA*
3. Tipe/No Seri :
4. Kapasitas : *10kg*
5. Lambang Satuan :

II. Objek Pengawasan


1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
 - Peruntukan UTTP : *sesuai/tidak sesuai*
 - Cara Penggunaan UTTP : *sesuai/tidak sesuai*
2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
 - Kebenaran Penunjukan : *sesuai/tidak sesuai*
 - Kebenaran Hasil Pengukuran : *sesuai/tidak sesuai*
 - Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|------------|-------------|
| 1. | <i>8kg</i> | <i>8 kg</i> |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |

3. Tanda Tera*)
 - Ada / ~~Tidak ada~~ :
 - Sah / ~~Batal~~ :
 - Baik / ~~Rusak~~ :
 - Berlaku / ~~tidak Berlaku~~ :
 - Tanda Tera Tahun : *2024*

III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP



Petugas

Monika Morin

NIP. 1999605052020122028

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : *Pasar Bumi 1*
2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : *Hasni*
3. Alamat : *Kab. Purang*

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : *TP.*
2. Merk : *NONHCA*
3. Tipe/No Seri :
4. Kapasitas : *10 kg*
5. Lambang Satuan :

II. Objek Pengawasan

1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
- Peruntukan UTTP : *sesuai/tidak sesuai*
- Cara Penggunaan UTTP : *sesuai/tidak sesuai*
2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
- Kebenaran Penunjukan : *sesuai/tidak sesuai*
- Kebenaran Hasil Pengukuran : *sesuai/tidak sesuai*
- Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|-------------|------------|
| 1. | <i>8 kg</i> | <i>8kg</i> |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |

3. Tanda Tera*)
- Ada / ~~Tidak ada~~ :
- Sah / ~~Batal~~ :
- Baik / ~~Rusak~~ :
- Berlaku / ~~tidak Berlaku~~ :
- Tanda Tera Tahun : *2024*

III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP

Hasni

Petugas

Monika Morin

NIP. 1999605052020122028

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : Pasar Bungi
2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : Hj. Sumarni
3. Alamat : Kab. Pinrang

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : η -P
2. Merk : NHOH6A
3. Tipe/No Seri :
4. Kapasitas : 20 kg
5. Lambang Satuan :

II. Objek Pengawasan


1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
- Peruntukan UTTP : sesuai/~~tidak sesuai~~
- Cara Penggunaan UTTP : sesuai/~~tidak sesuai~~
2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
- Kebenaran Penunjukan : sesuai/~~tidak sesuai~~
- Kebenaran Hasil Pengukuran : sesuai/~~tidak sesuai~~
- Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|---------|------------|
| 1. | 8 kg | 8 kg |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |

3. Tanda Tera*)
- Ada / ~~Tidak ada~~ :
- Sah / ~~Batal~~ :
- Baik / ~~Rusak~~ :
- Berlaku / ~~tidak Berlaku~~ :
- Tanda Tera Tahun : 2024

III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP



H. Sumarni

Petugas



Monika Morin

NIP. 1999605052020122028

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : *Pasar Bunyi*
2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : *Hj. Sumarni*
3. Alamat : *Kab. Pinrang*

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : *T.P*
2. Merk : *NHONHON*
3. Tipe/No Seri :
4. Kapasitas : *10 kg*
5. Lambang Satuan :

II. Objek Pengawasan

1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
- Peruntukan UTTP : *sesuai/tidak sesuai*
- Cara Penggunaan UTTP : *sesuai/tidak sesuai*
2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
- Kebenaran Penunjukan : *sesuai/tidak sesuai*
- Kebenaran Hasil Pengukuran : *sesuai/tidak sesuai*
- Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|-------------|-------------|
| 1. | <i>8 kg</i> | <i>8 kg</i> |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |

3. Tanda Tera*)
- Ada / ~~Tidak ada~~ :
- Sah / ~~Batal~~ :
- Baik / ~~Rusak~~ :
- Berlaku / ~~tidak Berlaku~~ :
- Tanda Tera Tahun : *2024*

III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP

Hj. Sumarni
.....

Petugas

Monika Morin
.....

NIP. 1999605052020122028

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : *Pasar Bungyi*
2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : *Rasma*
3. Alamat : *Kab. Purwang*

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : *TK*
2. Merk :
3. Tipe/No Seri :
4. Kapasitas : *1/2 L (2)*
5. Lambang Satuan :

II. Objek Pengawasan


1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
- Peruntukan UTTP : ~~sesuai/tidak sesuai~~
- Cara Penggunaan UTTP : ~~sesuai/tidak sesuai~~
2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
- Kebenaran Penunjukan : ~~sesuai/tidak sesuai~~
- Kebenaran Hasil Pengukuran : ~~sesuai/tidak sesuai~~
- Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|---------|------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |


3. Tanda Tera*)
- Ada / ~~Tidak ada~~ :
- Sah / ~~Batal~~ :
- Baik / ~~Rusak~~ :
- Berlaku / ~~tidak Berlaku~~ :
- Tanda Tera Tahun : *2024*

III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP


.....
Rasma

Petugas


.....
Monika Morin
NIP. 1999605052020122028

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : *Pasar Bumbi*
 2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : *Rasma*
 3. Alamat : *Kab. Purrangy .*

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : *TK*
 2. Merk :
 3. Tipe/No Seri :
 4. Kapasitas : *1 L (2)*
 5. Lambang Satuan :

II. Objek Pengawasan


1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
 - Peruntukan UTTP : ~~sesuai/tidak sesuai~~
 - Cara Penggunaan UTTP : ~~sesuai/tidak sesuai~~
2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
 - Kebenaran Penunjukan : ~~sesuai/tidak sesuai~~
 - Kebenaran Hasil Pengukuran : ~~sesuai/tidak sesuai~~
 - Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|---------|------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |

3. Tanda Tera*)
 - Ada / ~~Tidak ada~~ :
 - Sah / ~~Batal~~ :
 - Baik / ~~Rusak~~ :
 - Berlaku / ~~tidak Berlaku~~ :
 - Tanda Tera Tahun : *2024*


III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP



Rasma

Petugas



Monika Morin
 NIP. 1999605052020122028

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : Pasar Bungi
2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : Murni
3. Alamat : Kab. Pinrang

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : Takaran $\frac{1}{2}$ L (2)
2. Merk :
3. Tipe/No Seri :
4. Kapasitas : 1 Liter
5. Lambang Satuan :

II. Objek Pengawasan


1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
 - Peruntukan UTTP : sesuai/~~tidak sesuai~~
 - Cara Penggunaan UTTP : sesuai/~~tidak sesuai~~
2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
 - Kebenaran Penunjukan : sesuai/~~tidak sesuai~~
 - Kebenaran Hasil Pengukuran : sesuai/~~tidak sesuai~~
 - Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|---------|------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |


3. Tanda Tera*)
 - Ada / ~~Tidak ada~~ :
 - Sah/~~Batal~~ :
 - Baik/~~Rusak~~ :
 - Berlaku/~~tidak Berlaku~~ :
 - Tanda Tera Tahun : 2024

III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP


.....
Murni

Petugas


.....
Monika Morin
NIP. 1999605052020122028

CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha : *Pasar Bungi*
 2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP : *Murni*
 3. Alamat : *Fab. Purang*

I. Data Teknis UTTP

1. Jenis UTTP : *Takaran 1 L*
 2. Merk :
 3. Tipe/No Seri :
 4. Kapasitas : *1 Liter*
 5. Lambang Satuan :

II. Objek Pengawasan

1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan
 - Peruntukan UTTP : *sesuai/tidak sesuai*
 - Cara Penggunaan UTTP : *sesuai/tidak sesuai*
 2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan
 - Kebenaran Penunjukan : *sesuai/tidak sesuai*
 - Kebenaran Hasil Pengukuran : *sesuai/tidak sesuai*
 - Hasil Pengujian :

| No | Standar | Penunjukan |
|------|---------|------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst. | | |

3. Tanda Tera*)
 - Ada / ~~Tidak ada~~ :
 - Sah / ~~Batal~~ :
 - Baik / ~~Rusak~~ :
 - Berlaku / ~~tidak Berlaku~~ :
 - Tanda Tera Tahun : *2024*

III. Kesimpulan

Pemilik/Pengguna UTTP

Murni
 Murni

Petugas

Monika Morin
 Monika Morin

NIP. 1999605052020122028



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI
BALAI STANDARISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
Jalan. Tumanurung Raya, Sungguminasa, Kab. Gowa
Tel. 0411-887077 Fax. 0411-880325
www.kemendag.go.id

CERAPAN PENGAWASAN UTTP

Nama Lokasi UTTP : Pasar Buryi Kabupaten Purrung
Alamat Pemilik UTTP : Kabupaten Purrung
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

| No | Nama Pedagang/ Pemilik UTTP | Alamat | Data Teknis UTTP | | | | | Tanda Tera | | | Kondisi | | Hasil Pengujian | | Ket |
|-----|--------------------------------|--------|------------------|------------|---------|------|--------|------------|------------------|---------------------------|---------|-------|-----------------|------------|------|
| | | | Jenis UTTP | Merek | No Seri | Kap | Jumlah | Berlaku | Tidak Berlaku | Tidak Bertanda Tera | Baik | Rusak | Standar | Penujukkan | |
| (1) | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Hasmi | | TK | | | 1L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | | | TK | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Argka | | TK | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | ASI RUHA | | TK | | | 1L | 2 | 2023 | | | ✓ | | | | |
| | | | TK | | | 1/2L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | |
| | Jannah | | TK | | | 1L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | |
| | | | TK | | | 1/2L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | |
| | Coma | | TK | | | 1L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | |
| | Nuru | | TK | | | 1L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | |
| | Abd Rahman | | TK | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | | | TK | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Machiana | | TK | | | 1L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | |
| | Bakarria | | TP | Five Stars | | 10kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8kg | 8kg | |
| | Pabaisa | | TK | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Kradigah | | TK | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | | | TK | | | 1/2L | 1 | 2014 | | | ✓ | | | | |
| | Nurdah | | TK | | | 1L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | |
| | | | TK | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |

| No | Nama Pedagang/ Pemilik UTPP | Alamat | Data Teknis UTPP | | | | | Tanda Tera | | | Kondisi | | | Hasil Pengujian | | Ket |
|-----|--------------------------------|--------|------------------|---------|-------------|-------|--------|------------|---------------|---------------------|---------|-------|---------|-----------------|------|-----|
| | | | Jenis UTPP | Merek | No Seri | Kap | Jumlah | Berlaku | Tidak Berlaku | Tidak Bertanda Tera | Baik | Rusak | Standar | Penujukan | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Madi | | TK | GESCO | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Hasnira | | TE | | | 30 kg | 1 | | | ✓ | | | | | | |
| | Mall | | TP | HIOSHI | | 10 kg | 1 | | | ✓ | | | | | | |
| | Nshimin | | TP | FR-T | | 30 kg | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | | |
| | ANGEUR | | TP | NHONHDA | 14913 | 30 kg | 1 | 2024 | | ✗ | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Asi Gamma | | TP | NHONHDA | | 5 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Harani | | TP | FR-T | | 60 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Milla | | TP | NHONHDA | | 20 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Arana | | TP | NASAMI | 4001 | 20 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | -Jumung | | TP | CANNEY | | 10 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | | | TX | | | 1/2 L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Alisa | | TX | | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TR | MANTON | | 20 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | 8 | 8 kg | 8 kg | | |
| | | | TR | | 00883 | 10 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Raif | | TR | | | 1/2 L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Herwan-Ilusi | | TR | MAYNO | | 10 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Zainuddin | | TR | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Dina | | TR | OPF | | 15 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Zainuddin | | TR | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Juwandi | | TR | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | ABD Faid | | TR | MANTON | | 20 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Artavur | | TR | FRS | 09913041159 | 60 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | H. J. Wani | | TR | | | 1 L | 14 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Muwati | | TR | | | 1 L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Mariaisih | | TR | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Pamula | | TR | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Lita | | TR | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |

| No | Nama Pedagang/ Pemilik UTTP | Alamat | Data Teknis UTTP | | | | | Tanda Tera | | Kondisi | | Hasil Pengujian | | Ket | |
|-----|--------------------------------|--------|------------------|--------|---------|------|--------|------------|---------------|---------------------|------|-----------------|---------|------|-------------|
| | | | Jenis UTTP | Merek | No Seri | Kap | Jumlah | Berlaku | Tidak Berlaku | Tidak Bertanda Tera | Baik | Rusak | Standar | | Penunjukkan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Pardi | | tk | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Hasim | | tk | Mammas | | 2kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 2kg | 2kg | |
| | Edna | | tk | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Fatma | | tk | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Halpa | | tk | | | 1/2L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Mawati | | tk | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Amba lolo | | tk | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | H. Farida | | tk | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Rahmat | | tk | | | 2kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 2kg | 2kg | |
| | Vivian | | tk | | | 1/2L | 4 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Erni | | tk | | | 1/2L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Pis | | tk | | | 1/2L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Goello | | tk | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | H. Muri | | tk | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Murni | | tk | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Murni | | tk | | | 1L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Murni | | tk | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Bakaria | | tk | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |
| | Rabaisa | | tk | | | 1kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 1kg | 1kg | |
| | Indo Fandi | | tk | | | 1/2L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | |

| No | Nama Pedagang/ Pemilik UTTP | Alamat | Data Teknis UTTP | | | | | Tanda Tera | | | Kondisi | | | Hasil Pengujian | | Ket |
|-----|--------------------------------|--------|------------------|--------|---------|-------|--------|------------|------------------|---------------------------|---------|-------|---------|-----------------|------|-----|
| | | | Jenis UTTP | Merek | No Seri | Kap | Jumlah | Berlaku | Tidak Berlaku | Tidak Bertanda Tera | Baik | Rusak | Standar | Penunjukan | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Bua | | TP | NONHOA | | 15 kg | 1 | 2023 | | ✓ | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Kaka | | TK | | | 1/2 L | 1 | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Pisa | | TK | | | 1/2 L | 1 | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Kacua | | TK | | | 1/2 L | 1 | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Anti | | TR | NONSTH | | 20 kg | 1 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| | Pahlia | | TP | NONHOA | | 20 kg | 1 | 2024 | | ✓ | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | HJ. Mustamang | | TP | FRF | | 15 kg | 1 | 2024 | | | ✓ | | 8 kg | 8 kg | | |
| | Mama Eka | | TK | | | 1 L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Nararam | | TK | | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1 L | 3 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1/2 L | 4 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Haripa | | TK | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | HJ. Agustina | | TK | | | 1 L | 4 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Nanna | | TK | | | 1 L | 1 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| | Herawati | | TK | | | 1 L | 2 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | UCINA | | TK | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Halimin | | TK | | | 1 L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1/2 L | 1 | 2023 | | | ✓ | | | | | |
| | Pardi | | TK | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Sappe | | TK | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | Passa | | TK | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | | | TK | | | 1/2 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |
| | sidar | | TK | | | 1 L | 1 | 2024 | | | ✓ | | | | | |

