

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR MR.06.00/114/PKTN.4.4/ST/07/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Abdul Rohman
- Hal : Dalam rangka melaksanakan tugas Dalam rangka melaksanakan tugas Verifikasi Alat Standar Panjang Milik Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran : Dokumentasi / Foto Kegiatan /ST
- Tanggal : 30 Juli – 2 Agustus 2024
- Menimbang : Menurut Permendag No.52 tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal pasal 2 ayat (1) bahwa standar ukuran yang digunakan untuk kegiatan metrologi legal harus mampu tertelusur.
- Linear Measure merupakan salah satu standar ukuran besaran Panjang milik oleh BSML yang digunakan untuk memverifikasi alat ukur panjang milik Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka standar yang dimiliki oleh BSML harus tertelusur;
- Dasar : 1. Melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal
2. Surat Tugas Nomor MR.06.00/114/PKTN.4.4/ST/07/2024
- Isi Laporan : 1. Pelaksana tugas menemui Kepala BSML Regional IV 31 Juli 2024
2. Linear Measure tertelusur ke Laser Interferometer milik Balai Pengelolaan SUML Direktorat metrologi

3. Hasil pengujian

Nominal (mm)	Deviasi (mm)	Histerisis (μm)	Ketidakpastian (mm)
0	+0,0009	1,1	0,0016
10	-0,00210	3,4	0,00034
20	+0,0018	1,2	0,0020
30	-0,0012	1,4	0,0019
40	-0,0026	2,3	0,0017
50	-0,00350	2,3	0,00056
60	-0,0021	1,8	0,0014
70	-0,00340	2,9	0,00074
80	-0,0039	2,2	0,0019
90	-0,0025	3,1	0,0010
100	-0,0074	2,1	0,0028
200	+0,0108	3,9	0,0016
300	-0,0311	3,6	0,0013
400	-0,0299	3,2	0,0018
500	-0,0154	3,6	0,0032
600	-0,0184	5,1	0,0017
700	-0,0243	4,1	0,0014
800	-0,0406	4,0	0,0027
900	-0,0299	3,7	0,0023
1000	-0,0234	2,3	0,0028

4. Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas

Bandung, 5 Agustus 2024
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. *Abdul Rohman*

()

Lampiran



